

# 医薬品・医療機器等安全性情報

No.297

ダイジェスト

平成24年(2012年)12月  
**[厚生労働省医薬食品局]**

医薬品・医療機器等安全性情報No.297が発行されました。その概要は以下のとおりです。詳細は次の雑誌に掲載されますので、関連症例等についてはこれらをご参照下さい。

日本医師会雑誌(2月号)(1,2のみ)

日本病院薬剤師会雑誌(2月号)

日本薬剤師会雑誌(2月号)

診療と新薬(1月号)

なお、医薬品医療機器情報提供ホームページ(<http://www.info.pmda.go.jp/>)又は厚生労働省ホームページ(<http://www.mhlw.go.jp/>)からも入手可能です。

## 1. 医療機関における安全性情報の伝達・活用状況に関する調査について

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)では、平成22年度より、医療機関における安全性情報の伝達・活用状況を把握するとともに、適切な情報伝達・活用方策のあり方を検討することを目的とした調査を実施している。本稿では、平成23年度に実施した調査結果を紹介する。

## 2. 消化管用ステントの適用に当たっての注意について

がんの進行等による消化管の閉塞や狭窄を拡張し、開存性を維持するために留置する食道用ステント、胃十二指腸用ステント及び大腸用ステントによる消化管穿孔について報告するとともに、適用に当たっての注意の徹底をお願いする。

## 3. 市販直後調査の対象品目一覧

平成24年12月1日現在、市販直後調査の対象品目を紹介する。